

LAL REAGENT GRADE MULTI-WELL PLATES **製造販売中止のお知らせ**

お客様各位

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

さて、この度、カタログ番号 25-340 の LAL REAGENT GRADE MULTI-WELL PLATES を製造中止とさせて頂くこととなりました。

エンドトキシン試験用途における当該製品が、定期的な性能検証および継続的な品質評価において、入荷ロットの許容できないほど高い割合で、当社の内部品質管理試験仕様を満たしていないことが判明しました。そのため、販売リリースを取り止める決定を致しました。これにより、お客様の試験ニーズを満たすための十分な在庫水準を維持することが困難となります。

最高水準の精度、信頼性、規制対応の確実性を確保することがお客様にとって極めて重要であるため、本製品の販売を即時終了する決定をした次第です。

なお、販売終了となりますが、25-340 プレートの有効期限までは技術サポートを継続いたします。また、25-340 プレートは、Kinetic-QCL®、PYROGEN 5000 および PyroGene® rFC アッセイの実施に使用されてきました。LAL ベースの試薬をご利用のお客様には、代替プレートとしてカタログ番号 00313405 をご用意しております。

ご不便をおかけし誠に申し訳ございません。ご何卒理解のほどよろしくお願いいたします。 敬具

お問い合わせ

ロンザ株式会社

TEL : 03-6264-0660 E-mail : lbstesting.jp@lonza.com